

22DIAB000025394 2022-11-11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΝΤΩΝ (Na/K/Cl)

(Συνοδός εξοπλισμός)

1. Ο αναλυτής να είναι καινούργιος, τελευταίας τεχνολογίας, εύχρηστος με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια.
2. Να προσδιορίζει Na/K/Cl.
3. Να δέχεται δείγματα ορού, πλάσματος και ούρων.
4. Να απαιτεί μικρό όγκο δείγματος ≤ 100 μ l.
5. Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα.
6. Τα αποτελέσματα να φαίνονται στην οθόνη και να εκτυπώνονται σε εκτυπωτή.
7. Το service θα καλύπτεται από τον μειοδότη.
8. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
9. Ενδεικτικός ετήσιος αριθμός εξετάσεων K : 5.500 Na: 5.500
Cl:5500.