

2024DIAB27948

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΙΟΝΤΩΝ Na/K/Cl (ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

1. Ο αναλυτής να είναι καινούργιος, τελευταίας τεχνολογίας, εύχρηστος με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια.
2. Να προσδιορίζει Na/K/Cl.
3. Να δέχεται δείγματα ορού, πλάσματος και ούρων.
4. Να απαιτεί μικρό όγκο δείγματος ≤ 100 μ l.
5. Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα στα αποτελέσματα.
6. Τα αποτελέσματα να φαίνονται στην οθόνη και να εκτυπώνονται σε εκτυπωτή.
7. Το service θα καλύπτεται από τον μειοδότη.
8. Ο αναλυτής να διαθέτει πιστοποιητικό CE.
9. Ενδεικτικός αριθμός εξετάσεων **εξαμήνου** για το 2024:

K : 3000

Na: 3000

CL: 3000